

ISO/IEC 17025:2005 와 KS Q ISO/IEC 17025:2006 에 의한 공인인정범위

(주) 고도기술

경기도 하남시 조정대로 150 아이테크 744,746호, 12930

전화 : 070-7510-2000 팩스 : 070-7610-7161 e-mail : godo@godo-tech.com

교 정

유효기간 만료일 : 2023. 10. 12.

인정번호 : KC07-218(1/4)

KOLAS 평가결과에 의해 다음의 교정수행에 대하여 공인됩니다.

분류번호	교정항목	현장 교정	분류번호	교정항목	현장 교정	분류번호	교정항목	현장 교정
802. 방사능								
80202	표면오염감시기 ; 알파, 베타, 감마	N						
80211	섬광검출기 ; 엑스/감마	Y						
80212	반도체검출기 ; 엑스/감마	Y						

주석

1. 위 기관은 교정표준실교정 및 현장교정 서비스를 제공한다.
2. 현장교정 서비스를 제공하는 기관은 "KOLAS-SR-008 현장교정수행을 위한 추가기술요건"을 만족한다.
3. 인정범위 상에 "Y"가 표기된 항목은 현장교정 서비스가 가능하고, "N"이 표기된 항목은 현장교정 서비스가 불가능하다.
4. 교정측정능력(CMC)은 이상에 가까운 측정표준이나 측정기를 거의 정례적으로 교정할 때 인정범위 내에서 교정기관이 달성할 수 있는 최소의 측정불확도 이다. CMC는 일반적으로 포함인자 $k=2$ 를 사용하며, 신뢰수준 약 95 %를 나타내는 확장불확도로 표현한다.
5. 일반적으로, 교정성적서에 기재된 측정불확도는 교정용 표준기, 고객의 장비와 교정환경 등의 영향 때문에, 공인인정범위에 기재된 CMC보다 더 크게 표현됨을 유의하여야 한다.