

KOLAS 공인시험기관 인정서

한국종합환경산업(주)

인 정 번 호 : KT857

법 인 등 록 번 호 : 180111-0076330
(또는 고유번호)

사 업 장 소 재 지 : (소재지)부산광역시 동래구 온천천로319번길 12

최 초 인 정 일 자 : 2019년 07월 19일

인 정 유효 기 간 : 2023년 07월 19일 ~ 2027년 07월 18일

인정분야 및 범위 : 별첨

발 행 일 : 2023년 07월 19일

상기 기관을 국가표준기본법 제23조, 적합성평가 관리 등에 관한 법률 제8조 및 KS Q ISO/IEC 17025:2017에 의거하여 KOLAS 공인시험기관으로 인정합니다. 또한 ISO-ILAC-IAF 공동성명에 언급된 바와 같이 인정된 분야 및 범위에 대한 기술적 능력과 시험기관의 품질경영 시스템이 적절함을 인정합니다.



한 국 인 정 기 구 장
(Korea Laboratory Accreditation Scheme)



Korea Laboratory Accreditation Scheme

제 KT857호

02. 화학시험

02.021 수질

규격번호	제품 및 물질	규격명	시험범위	사업장	현장 시험
국립환경과학원고시 제2022-12호 (2022.02.21.)	수질	수질오염공정시험기준 ES 04401.3a 구리-유도결합플라σμα-원자발광분광법	Cu : 0.018 mg/L 이상	소재지	N
국립환경과학원고시 제2022-12호 (2022.02.21.)	수질	수질오염공정시험기준 ES 04402.3a 납-유도결합플라σμα-원자발광분광법	Pb : 0.008 mg/L 이상	소재지	N
국립환경과학원고시 제2022-12호 (2022.02.21.)	수질	수질오염공정시험기준 ES 04403.3a 니켈-유도결합플라σμα-원자발광분광법	Ni : 0.030 mg/L 이상	소재지	N
국립환경과학원고시 제2022-12호 (2022.02.21.)	수질	수질오염공정시험기준 ES 04404.3a 망간-유도결합플라σμα-원자발광분광법	Mn : 0.010 mg/L 이상	소재지	N
국립환경과학원고시 제2022-12호 (2022.02.21.)	수질	수질오염공정시험기준 ES 04406.3a 비소-유도결합플라σμα-원자발광분광법	As : 0.050 mg/L 이상	소재지	N
국립환경과학원고시 제2022-12호 (2022.02.21.)	수질	수질오염공정시험기준 ES 04409.3a 아연-유도결합플라σμα-원자발광분광법	Zn : 0.090 mg/L 이상	소재지	N
국립환경과학원고시 제2022-12호 (2022.02.21.)	수질	수질오염공정시험기준 ES 04410.1a 안티몬-유도결합플라σμα-원자발광분광법	Sb : 0.070 mg/L 이상	소재지	N
국립환경과학원고시 제2022-12호 (2022.02.21.)	수질	수질오염공정시험기준 ES 04412.3a 철-유도결합플라σμα-원자발광분광법	Fe : 0.010 mg/L 이상	소재지	N
국립환경과학원고시 제2022-12호 (2022.02.21.)	수질	수질오염공정시험기준 ES 04413.3a 카드뮴-유도결합플라σμα-원자발광분광법	Cd : 0.073 mg/L 이상	소재지	N

Korea Laboratory Accreditation Scheme

제 KT857호

규격번호	제품 및 물질	규격명	시험범위	사업장	현장시험
국립환경과학원고시제2022-12호 (2022.02.21.)	수질	수질오염공정시험기준 ES 04414.3a 크롬-유도결합플라스마-원자발광분광법	Cr : 0.014 mg/L 이상	소재지	N
국립환경과학원고시제2022-12호 (2022.02.21.)	수질	수질오염공정시험기준 ES 04603.2b 휘발성유기화합물-헤드스페이스/기체크로마토그래피-질량분석법	벤젠 : 0.005 mg/L 이상, 톨루엔 : 0.005 mg/L 이상, 에틸벤젠 : 0.005 mg/L 이상, 자일렌 : 0.005 mg/L 이상.	소재지	N

Korea Laboratory Accreditation Scheme

제 KT857호

02. 화학시험

02.023 대기

규격번호	제품 및 물질	규격명	시험범위	사업장	현장 시험
국립환경과학원고시 제2022-78호 (2022.11.29.)	대기	악취공정시험기준 ES 09305.1b 알데하이드 - DNPH 카트리지 - 액체크 로마토그래피	아세트알데하이드 : 0.05 μmol/mol(ppm) 이상, 프로피온알데하이드 : 0.05 μmol/mol(ppm) 이 상, 부틸알데하이드 : 0.05 μmol/mol(ppm) 이상, n-발레르알데하이드 : 0.05 μmol/mol(ppm) 이 상, i-발레르알데하이드 : 0.05 μmol/mol(ppm) 이 상	소재지	N
국립환경과학원고시 제2022-78호 (2022.11.29.)	대기	악취공정시험기준 ES 09307.b 휘발성유기화 합물 - 저온농축 - 기체크로 마토그래피	i-부틸알코올 : 0.1 μmol/mol(ppm) 이상, 스타이렌 : 0.1 μmol/mol(ppm) 이상, 부틸아세테이트 : 0.5 μmol/mol(ppm) 이상, 메틸에틸케톤 : 0.5 μmol/mol(ppm) 이상, 자일렌 : 0.5 μmol/mol(ppm) 이상, 톨루엔 : 0.5 μmol/mol(ppm) 이상	소재지	N

끝.